


イスパロクト® 静注用 注射準備の手順


投与前の注意

- 使用前に箱の中の「溶解方法説明書」を必ずお読みください。
- イスパロクト®静注用は粉末の製剤です。投与前に専用の添付溶解液（溶解液シリンジ）で溶かしてください。添付溶解液は、生理食塩液です。
- 本剤は添付溶解液で溶解後、静脈内に投与します（静脈注射）。
- 主治医から適切な指導を受けるまで、本品を使用しないでください。
- 清潔な状態で、作業を行ってください。感染防止のため、手指をよく洗い、作業を行う場所は清潔にすることが大切です。
- 準備ができるまで、本品を開けないでください。
- 本品の使用は1回限りです。再使用はしないでください。
- 本品を落としてしまった場合、破損してしまった場合または汚してしまった場合は、使用せず、新しいものを使用してください。
- 使用期限が過ぎたものは使用せず、新しいものを使用してください。
- 注射が終了するまでは、箱に入っているものは廃棄しないでください。

1. バイアルと溶解液シリンジの準備




- 溶解液シリンジからバックストップを外さないでください。




- バイアルのキャップを外した後、ゴム栓をアルコール綿で拭きます。
- 感染防止のため、アルコール綿でゴム栓を拭いた後は、ゴム栓に触らないようにしてください。

2. バイアルアダプターの取り付け



⚠ 赤丸のスパイクに触れないこと

- 保護シールが完全に貼られていない、または破損している場合、そのバイアルアダプターは使用しないでください。
- このときにはまだ包装容器からバイアルアダプターを取り出さないでください。
- 針刺しや感染の可能性があるため、バイアルアダプターのスパイクには触らないでください。



- スパイクをゴム栓の中心部以外に差し込まないでください。また、斜めに差し込まないでください。
- 一度バイアルアダプターをはめ込んだら、バイアルから外さないでください。



上から見たところ


- バイアルアダプターと一緒に持ち上げないように注意してください。

取りつけた状態

● イスパロクト® 静注用 バイアル




● 溶解液シリンジ (添付溶解液)




● ピストン棒




● 溶解方法説明書




● バイアルアダプター




● アルコール綿




● 翼状針 (翼付針)




● 絆創膏




● 静注用輸注セットの添付文書



● 廃棄用袋




3. ピストン棒と溶解液シリンジの取り付け




⚠ 赤丸部分に触れないこと

- ピストン棒の円盤以外の部分に触らないように注意してください（感染防止のため）。




⚠ 赤丸のシリンジ先端部に触れないこと





- シリンジキャップを外すとシリンジの先端が出てきます。触らないようにしてください（感染防止のため）。
- シリンジキャップがゆるんでいる、または、シリンジキャップがついていない場合、その溶解液シリンジは使用しないでください。

4. イスパロクト® 静注用の溶解



- 泡立ちますので、バイアルは激しく振らないでください。



- 感染防止のため、シリンジの先端には触らないでください。

これで注射の準備ができました。
主治医の指示に従って
注射、廃棄を行ってください。

- 本剤を他の薬剤と混ぜないでください。
- 使用後の残液は、感染のおそれがありますので、使用しないでください。
- 廃棄する前に機器を分解しないでください。
- 本品を再使用しないでください。